



NACI Certificate



Certificate NO. 197

شرکت مهندسی آسا آزمون سنجش ابزار

CERTIFICATE OF CALIBRATION



Location

NO32-POONAK BLVD-ASHRAFI ESFAHANI ST-TEHRAN-IRAN

Telefax: +9821 44445009 / +9821 44401554

Email: asacalibration@yahoo.com

http://www.asa-calibration.co

Page 1 of 3 Pages

Certificate No. شماره گواهینامه	Date of issue تاریخ صدور	Calibration date تاریخ کالیبراسیون	* Next calibration تاریخ کالیبراسیون بعدی به درخواست مشتری
001028093	1400-11-02	1400-11-02	1402-11-02

Customer name نام مشتری: بی جی پارس

Instrument نام تجهیز: Caliper کولیس

Manufacturer سازنده: China

Type of indication نوع نشاندگی: Digital

Measuring Range گستره اندازه گیری: 0 150 milli meter

Resolution تفکیک پذیری: 0.01

Identification کد شناسایی: -----

Serial No شماره سریال: -----

Instrument Location محل استقرار تجهیز: -----

Calibration Location محل انجام کالیبراسیون: ☒ IN LAB ☐ ON SITE

Ambient Condition شرایط محیطی آزمایشگاه:
☒ Temperature: 20±2°C
☒ Humidity: 35% ~ 55%

Basis of Calibration مبنای کالیبراسیون:
 1-Iranian Defense Standard IDS-GDL-0358
 2-Calibration Instruction: LDW-14
 3-International Standard: DIN 862

Reference Equipments تجهیزات مرجع:
 1- Gauge Block Set / S.N. 080154
 2- Gauge Block Set / S.N. 0005172
 3- Gauge block accessories
 4-Surface plate grade 0 / Serial NO: JJG117-91

This calibration certificate documents the traceability to national standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI). The user is obliged to have the object recalibrated at appropriate intervals.

The expanded uncertainty assigned to the measurement results is obtained by multiplying the standard uncertainty by the coverage factor $k = 2$. It has been determined in accordance with EA 4/02.

The value of the measurand lies within the assigned range of values with a probability of 95%.

This calibration certificate may not be reproduced other than in full except with the permission of the issuing laboratory.

Calibration certificates without signature and stamp are not valid.

This document is a certificate of calibration and it is not certificate of conformity.

All the vocabulary used in this certificate based on International Vocabulary of Metrology VIM (JCGM 200)

این گواهینامه کالیبراسیون قابل ردیابی به مراجع ملی و بین المللی است و یکاهای اندازه گیری در آن بر اساس سیستم بین المللی یکاها SI می باشد. استفاده کننده از تجهیز موظف به کالیبراسیون دوره ای در فواصل معین می باشد.

عدم قطعیت میسوط اندازه گیری مطابق با مدرک EA-4/02 محاسبه شده که با در نظر گرفتن ضریب پوشش $k=2$ برای توزیع نرمال با سطح اطمینان ۹۵ درصد می باشد.

این گواهینامه کالیبراسیون نباید بدون اجازه کتبی آزمایشگاه تکثیر گردد. مگر به طور کامل و از تمامی مندرجات آن.

این گواهینامه کالیبراسیون بدون امضا و مهر آزمایشگاه فاقد اعتبار است.

این مدرک یک گواهینامه کالیبراسیون است و گواهینامه انطباق نیست.

کلیه اصطلاحات و تعاریف مذکور در این گواهینامه بر اساس واژه نامه اندازه شناسی به شماره ISIRI 4723 می باشد.

تاریخ کالیبراسیون بعدی به درخواست مشتری می باشد.

VALID
NACI/Lab/197



Approved By تایید کننده

Head of laboratory



M.Hesari