

شماره تأیید صلاحیت:
NACI/Lab/694
ISO/IEC 17025

صفحه ۱ از ۳

آدرس: تهران - بزرگراه شهید لشگری (جاده مخصوص کرج) - بلوار ایران خودرو جنوبی
خیابان بعثت - پلاک ۶۱ - **تلفن:** ۴۴۱۹۵۷۰۳ - ۴۴۱۹۵۷۰۴ - **فکس:** ۴۴۱۹۵۷۰۲۶ - ۸۹۷۸۷۰۷۶

۹۵/۱۱/۳۰

تاریخ کالیبراسیون:

CD 09 286

شماره گواهینامه:

۹۷/۱۱/۳۰

تاریخ کالیبراسیون بعدی:

۹۵/۱۲/۰۳

تاریخ صدور:

مشخصات متقاضی: شرکت پنام گویان پارس امرات
آدرس: تهران - خیابان رجایی جنوب - شهرک صنعتی صدرا - کوچه دوم - پلاک ۲
تاریخ درخواست: ۹۵/۱۱/۲۷

نام دستگاه:	CLAMP METER	سازنده:	APPA
مدل:	136	گستره:	1000 V/ 1000 A
شماره سریال:	58 400144	کد شناسایی:	---

روش کالیبراسیون: مطابق راهنمای IDS 323 (استاندارد دفاعی ایران) به شماره شناسایی S-CE-05-00

شرایط محیطی: دما: $23 \pm 3^{\circ}\text{C}$ رطوبت: $< 55\% \text{RH}$

تجهیزات کالیبراسیون:

Description	Model	S.N / ID	Cert. No.
1- CALIBRATOR	5101B	3895003 / CT-EL-001	27701
2- CALIBRATOR	5220A	5601006 / CT-EL-043	27702
3. STD. DECADE RESISTOR	12.005	900949 / CT-EL-008	CD 04 970
4- 6 ½ DIGITAL MULTIMETER	GPS-8065	02694 / CT-EL-002	E-MYZA 47

قابلیت ردیابی:

تجهیزات مرجع این آزمایشگاه قابلیت ردیابی به مراکز اندازه‌شناسی ملی و بین المللی را دارند.

عدم قطعیت کالیبراسیون:

عدم قطعیت گسترده گزارش شده با سطح اطمینان تقریباً ۹۵ درصد بر مبنای ضرب عدم قطعیت استاندارد نتیجه کالیبراسیون در ضرب پوشش $k = 2$ برآورد شده است. برآورد عدم قطعیت مطابق راهنمای EA-4/02 می‌باشد.

* این گواهینامه مطابق الزامات اعتباردهی آزمایشگاه‌های همکار استاندارد، مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران، صادر شده و بدون مهر آزمایشگاه فاقد اعتبار است.

* هرگونه نسخه برداری از این گواهینامه باید به طور کامل و از تمامی صفحات باشد.

* استفاده کننده بایستی در فاصله زمانی معینی نسبت به کالیبراسیون مجدد اقدام نماید.

مدیر آزمایشگاه

م. حسینی

مدیر فنی

کارشناس کالیبراسیون